



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 74.50.04.000.М.002120.11.23 от 27.11.2023 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта фактический адрес):
Условия работ при осуществлении деятельности в области использования генерирующего источника ионизирующего излучения: согласно приложению в ООО "ЭСТЕДЕНТ" по адресу: Челябинская область, г. Челябинск, ул. Дзержинского, д. 4, нежилое помещение №5 (стоматология) этаж 1

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)
Общество с ограниченной ответственностью "ЭСТЕДЕНТ", Челябинская область, г. Челябинск, ул. Дзержинского, д. 4, нежилое помещение №5 (стоматология) этаж 1 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)
СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)", СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010)", СанПиН 2.6.1.1192-03 "Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгенкабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований", СанПиН 2.6.1.2891-11 "Требования радиационной безопасности при производстве, эксплуатации и выводе из эксплуатации (утилизации) медицинской техники, содержащей источники ионизирующего излучения"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):
Экспертное заключение № 74-20/08-15/01-3198-2023 от 13.11.2023 г. выданное ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области". Аттестат аккредитации № RA.RU.710037 от 13.05.2015 года.

Заключение действительно до 23.11.2028 г.



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 3562810



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Челябинской области

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 74.50.04.000.М.002120.11.23 от 27.11.2023 г.

Перечень источников ионизирующего излучения:

Цифровой аппарат рентгеновский дентальный "eXpert DC", зав. №3209875, 2016 года выпуска

Максимальное анодное напряжение: 65 кВ

Сила тока: 7 мА

Вид работ: эксплуатация и хранение рентгеновского аппарата для медицинской рентгенодиагностики

Место проведения работ: в рентгеностоматологическом кабинете (по техническому паспорту помещение №7) нежилого помещения

№5 ООО "ЭСТЕДЕНТ" на 1-ом этаже 5-ти этажного жилого здания по адресу: Челябинская область, г. Челябинск, ул.

Дзержинского, д. 4.



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№0090899